

Kit de Verificação Anual da Sonda de Piscina HC-SMP-100

Kit de verificação anual da Sonda Multiparâmetro HC-SMP-100, executado pelo piscineiro em cerca de dez minutos, sem técnico e sem instrumento auxiliar. Traz as soluções de conferência de pH e de ORP, o procedimento ilustrado de uma página e a folha de registro. O kit NÃO troca peça: ele prova, uma vez por ano e com registro, que o ponto de medição continua dentro de $\pm 0,2$ pH e ± 20 mV. É esse registro que sustenta a operação de dosagem em piscina de uso coletivo, onde medição sem evidência é exposição. Se a verificação reprovar, ou se o diagnóstico de impedância acusar, aí sim entra o cartucho HC-CRT-ROSS-100.

KIT DE VERIFICAÇÃO ANUAL

NCM 3822.90.00



FOTO EM PRODUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-KIT-SERV-100
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Eletrodos e Sensores
NCM	3822.90.00

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Função	VERIFICAR e registrar, não trocar peça. A troca do cartucho é evento à parte, indicada por diagnóstico
Conteúdo	1 solução tampão pH 7,00 de 100 mL, 1 solução padrão de ORP 470 mV de 100 mL, o procedimento ilustrado e a folha de registro
Intervalo	anual, 1 kit por ponto de medição
Reprovando	trocar o cartucho HC-CRT-ROSS-100
Aplicação	Sonda Multiparâmetro HC-SMP-100-NTC10K-15x75
Nota Fiscal	kit somente de SOLUÇÃO (NCM 3822.90.00). O cartucho saiu do kit e é item à parte
Executado por	piscineiro ou zelador, sem técnico
Rastreabilidade	soluções com rastreabilidade declarada. NÃO é certificado acreditado
Tempo de execução	cerca de 10 minutos
Critério de aprovação	dentro de $\pm 0,2$ pH e ± 20 mV contra as soluções padrão

Garantia
12 mesesEmbalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649

1 / 1