

Kit de Padrões de Turbidez para Lovibond, leitura por infravermelho

Calibração e verificação de turbidímetro Lovibond, leitura por infravermelho com as cubetas de fábrica do equipamento.

Formazina

NCM 3822.90.00

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-STB-KIT-LOVIR
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Padrão de turbidez
NCM	3822.90.00

COMPOSIÇÃO

Formazina (suspensão; — contém hexametilenoetetramina)

Água ultrapura 7732-18-5

APRESENTAÇÃO

Volumes	30 mL
Validade (fechado)	12 meses
Validade (após abertura)	90 dias
Armazenamento	Ao abrigo da luz, 5 a 25 °C. Não congelar. Manter o frasco fechado.

SEGURANÇA (GHS)

Palavra de advertência	Perigo
Pictogramas	GHS08 · GHS07
Frases H	H317 - Pode provocar reação alérgica na pele.; H334 - Pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldade respiratória se inalado.

Resumo conforme ABNT NBR 14725 / GHS. Informação completa na **FDS** do produto.

MÉTODO E CONDIÇÕES

Instrumento	Lovibond, leitura por infravermelho
Composição do kit	4 cubetas de 30 mL: 0,1 NTU · 20 NTU · 200 NTU · 800 NTU
Rastreabilidade da escala	Formazina, ISO 7027 / Standard Methods 2130 B

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649