

Manual de instruções

Solução Tampão pHe 5,18, Etanol Combustível

1. Identificação

Código (SKU)	HC-SpH-05.18-e
Descrição	Solução Tampão pHe 5,18
Valor nominal	5,180 pHe a 25 °C
Apresentações	100 mL, 500 mL
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda., CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil
NCM	3822.90.00
Responsável Técnico	Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649

2. Recomendações ao usuário

Antes de usar, confirme que o produto é adequado à sua aplicação. Este documento trata do **uso** da solução. A segurança no manuseio está na FDS, os valores medidos do seu lote estão no Certificado de Análise (CoA) que acompanha o produto, e ambos prevalecem sobre qualquer valor nominal citado aqui.

3. O que é este produto

Solução tampão de pHe, para meio etanólico, usada para calibrar o conjunto medidor mais eletrodo. O tampão resiste a variações de pHe quando pequenas quantidades de ácido ou base entram no sistema, e é isso que o torna referência.

Composição

Componente	CAS
Biftalato de potássio (KHP)	877-24-7
Água ultrapura	não aplicável
Etanol absoluto	não aplicável

4. Valor atribuído e incerteza

Valor nominal	5,180 pHe
Incerteza expandida	$\pm 0,020$ pHe, $k = 2$
Temperatura de referência	25 °C
Rastreabilidade	Rastreável RBC/INMETRO ILAC/MRA

O valor que vale é o do seu lote. O número acima é nominal, do produto. O valor medido do lote que você recebeu, com a incerteza daquela produção, está no Certificado de Análise que acompanha o frasco.

5. Como usar

- Transfira para um béquer limpo e seco a quantidade que vai usar. **Nunca mergulhe o eletrodo dentro do frasco de origem.**
- Use no mínimo dois tampões que enquadrem a faixa de trabalho da sua amostra.
- Enxágue o eletrodo com água deionizada entre um tampão e outro, e seque sem esfregar.

4. Descarte o volume usado. **Não devolva ao frasco:** o que voltar contamina o restante.

Erros que estragam o resultado

- Mergulhar o eletrodo no frasco de origem. Contamina todo o restante do produto.
- Devolver ao frasco o volume já usado.
- Pipetar com material sujo ou molhado de outra solução.
- Usar o produto vencido ou muito tempo depois de aberto. O valor atribuído deixa de valer.
- Deixar o frasco aberto. Tampão de pH alcalino absorve CO₂ do ar e o valor cai.

6. Validade e armazenamento

Validade, frasco fechado	24 meses a partir da fabricação
--------------------------	---------------------------------

Após a abertura	90 dias
-----------------	---------

Frasco âmbar hermético, 4 a 8 °C, ao abrigo da luz. Não congelar.

Anote no rótulo a data de abertura. É ela que define o prazo após aberto, não a validade do frasco fechado.

7. Segurança

Produto classificado segundo o GHS. Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) deste SKU antes do manuseio. Ela traz pictogramas, frases de perigo e as medidas de primeiros socorros.

8. Descarte

Descarte conforme a legislação local de resíduos de laboratório e o que orienta a FDS deste SKU. Não descarte na rede de esgoto sem verificar a classificação do resíduo. Frascos vazios devem ser triplice lavados antes de destinação.

9. Garantia

A Hydrocore garante que este produto atende à especificação declarada até o fim da validade do frasco fechado, quando armazenado conforme a seção correspondente. Divergência comprovada em relação ao CoA do lote dá direito a substituição.

Não são cobertos: produto vencido ou fora do prazo após abertura, contaminação por uso (eletrodo mergulhado no frasco, retorno de volume usado, pipeta suja), armazenamento fora do indicado, e frasco violado ou sem identificação de lote.

Para acionar, informe **código do produto (HC-SpH-05.18-e), lote, nota fiscal e a divergência observada**, com a leitura obtida e o instrumento usado.

Hydrocore Analítica Ltda.

CNPJ 37.683.010/0001-89

Rua Alice Além Saadi, 111, Sala 03, Nova Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP - CEP 14096-570

Telefone (16) 4042-0284, WhatsApp (16) 98125-0003, www.hydrocore.com.br

Responsável Técnico: Marcos Daniel Bueno Rosa, CRQ IV 04167649



Fale conosco
no WhatsApp