

Solução Tampão

Solução tampão de pH 10,00, ponto de calibração na região alcalina de pHmetros e eletrodos de pH.

pH 10,00

NCM 3822.90.00

IDENTIFICAÇÃO

Part number	HC-SpH-10.00
Código anterior	HCS1000
Fabricante	Hydrocore Analítica Ltda. · CNPJ 37.683.010/0001-89
Origem	Brasil, Ribeirão Preto/SP
Categoria	Solução tampão de pH
NCM	3822.90.00



VALOR DE REFERÊNCIA

Valor (25 °C)	10,000 pH
Incerteza expandida U	$\pm 0,020$ pH ($k = 2$, $\approx 95\%$)
Rastreabilidade	Rastreável RBC/INMETRO ILAC/MRA

$U = k \cdot u_c$, $k = 2$ para probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 % (GUM, ISO/IEC Guia 98-3). Valor nominal do produto; o valor medido de cada lote consta no **Certificado de Análise (CoA)**.

COMPOSIÇÃO

Carbonato de sódio	497-19-8 · diluído
Bicarbonato de sódio	144-55-8 · diluído
Água deionizada	7732-18-5

APRESENTAÇÃO

Volumes	100, 500 mL
Validade (fechado)	24 meses
Validade (após abertura)	90 dias
Armazenamento	Manter ao abrigo da luz direta, em temperatura ambiente (5 a 25 °C). Não congelar. Manter o frasco hermeticamente fechado quando não em uso.

SEGURANÇA (GHS)

Produto **não classificado como perigoso** conforme ABNT NBR 14725 / GHS.

PH EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA

Temperatura (°C)	10	15	20	25	30	35
pH	10,17	10,11	10,05	10,00	9,96	9,92

Fonte: Tabela de tampão comercial rastreável a NIST (Thermo Orion / Ricca; base DIN 19266). Valores nominais de referência; medição do lote no CoA.

Embalagem
Individual

Marcos Daniel Bueno Rosa

Responsável Técnico · CRQ IV 04167649